

Dotyczy postępowania nr 2023-1031

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 10

**Zadanie nr 3. Aparat do znieczulania 1 Pkt 13.**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza mieszalnik elektroniczny zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów?

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe

