



Dotyczy postępowania nr 2023-1029

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1 – Optyka laparoskopowa:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki laparoskopowej z wałeczkowym układem soczewek, ze spłaszczonymi soczewkami, o średnicy 10 mm i długości 330 mm, autoklawowalnej, o kącie patrzenia 0° lub 30° (do wyboru przez Zamawiającego), Full HD, przy jednoczesnym spełnieniu przez Wykonawcę wymogów serwisowych opisanych dla przedmiotu zamówienia w tym Zadaniu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza optykę opisaną przez Oferenta w pytaniu zastrzeżeniem możliwości opisanego w pytaniu wyboru kąta patrzenia

