



Dotyczy postępowania nr 2023-1029

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 6

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie detektora cyfrowego z polem aktywnym o wymiarach 43x43 cm ? Rozmiar ten pozwoli na wykonywanie większych powierzchni anatomicznych oraz usprawni pozyskiwanie obrazowania diagnostycznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

